

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o Processo Licitatório N° **148/2021** - PREGÃO ELETRÔNICO N° **080/2021** - **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO ADAPTADO, TIPO AMBULÂNCIA SUPORTE AVANÇADO (UTI MÓVEL), ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2021, ZERO QUILOMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE** e ADJUDICO seu objeto às empresas a seguir relacionadas, por apresentarem o menor preço por lote ofertado:

1- VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI, CNPJ N° 20.351.700/0001-38, estabelecida à Rod. BR 101 Sul, Km 6,2, s/nº, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, Cep: 54335-000, Fones (81) 3479-6460 / (81) 99514-9887, pelo valor de **R\$ 795.400,00 (setecentos e noventa e cinco mil e quatrocentos reais)**, conforme a seguir detalhado:

Lotes	ESPECIFICAÇÃO	Apres	Quant	Valor Unitário	TOTAL
01 e 02	<p>AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (U.T.I. MÓVEL): Veículo tipo furgão de fabricação nacional, zero quilometro (sem uso anterior) destinado ao transporte de pacientes graves, que compõe o sistema de atendimento pré-hospitalar e o transporte inter-hospitalar, Ambulância de Suporte Avançado - sinalizador ótico e acústico; equipamento de rádio comunicação; maca com rodas e articulada; dois suportes de soro; ; cadeira de rodas dobrável; instalação de rede de oxigênio com régua tripla para permitir a alimentação de respirador(é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas); cilindro de oxigênio portátil com válvula manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; respirador ciclado a pressão ou volume não eletrônico (em caso de frota é obrigatório que exista pelo menos um respirador a volume disponível e no caso de veículo único, deverá conter um respirador a volume contendo regulagem de fluxo e de ciclagem); monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível (em caso de frota deverá haver disponibilidade de um monitor cardioversor com marcapasso externo não invasivo, apresentando 360 jaules); bomba de infusão com bateria e equipo.e demais exigências constantes no item 3 do Termo de Referência parte integrante do Edital.</p> <p>Marca: RENAULT MASTER L2H2 / Modelo: AMBULÂNCIA 2021</p>	UND	02	R\$ 397.700,00	R\$ 795.400,00

O valor global do Processo é de **R\$ 795.400,00 (setecentos e noventa e cinco mil e quatrocentos reais)**, . Goiana, 23 de dezembro de 2021.

Lícia da Silva Maciel

Secretária de Saúde/Gestora do Fundo Municipal de Saúde